

**DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**  
**(MÃ HỒ SƠ: CGS2DV02)**

(Kèm theo Công văn số /BVBR-TTB ngày tháng năm 2023 của Bệnh viện Bà Rịa)

STT	Mã tham chiếu	Tên dịch vụ mời báo giá	Yêu cầu	Đơn vị tính	Khối lượng dự kiến
	<b>CGS2DV03</b>	<b>Sửa chữa Sửa chữa đèn phẫu thuật</b>			
1	CGS2DV03.01	Sửa chữa đèn phẫu thuật	Sửa chữa đèn phẫu thuật model: Daray, bao gồm gia công đế đèn mô, ty, tán, thay thế dây dẫn, tháo quần bảo vệ.	Bộ	3
	<b>CGS2DV04</b>	<b>Sửa chữa hệ thống khí y tế</b>			
1	CGS2DV04.01	Sửa chữa hệ thống khí âm	Sửa chữa hệ thống khí âm Thay bộ lọc khí cho 02 máy hút Thay dầu chuyên dùng cho 02 máy hút Sửa chữa đường xả khí cho 02 máy hút Sửa chữa máy nén lỗi hiệu suất nén suy giảm, thời gian chuyển ngắn, mất áp. Hiệu chỉnh các linh kiện, phụ kiện hệ thống	Lần	1
2	CGS2DV04.02	Sửa chữa máy nén khí dương và hệ thống làm mát khí y tế	Thay bộ lọc đầu vào cho 02 máy nén khí Thay quạt tản nhiệt cho 02 máy nén khí Thay 04 bộ lọc đầu vào cho hệ thống làm mát và tách ẩm Thay 02 van cân bằng áp đầu ra cho máy làm mát Thay 02 quạt tản nhiệt cho máy làm mát Thay 01 bộ liên hợp xả nước tự động và cảm biến phát hiện nước Hiệu chỉnh các linh kiện, phụ kiện hệ thống.	Lần	1
	<b>CGS2DV05</b>	<b>Sửa chữa hệ thống phẫu thuật nội soi</b>			
1	CGS2DV05.1	Sửa chữa nguồn sáng hệ thống phẫu thuật nội soi	Sửa chữa nguồn sáng hệ thống phẫu thuật nội soi Karl Storz, lỗi hư mạch cao áp	Lần	2